

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Sala 3 I. Perinatología.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Equipo de aerosol	1	B	A	A	1235.00	40	494.00	494.00	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Monitor fetal	2	B	A	A	3843.76	80	3075.01	6150.02	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Monitor fetal	1	B	A	A	1454.11	80	1163.29	1163.29	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Ultrasonido fetal	2	B	A	A	3599.58	80	2879.66	5759.33	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Ventilador pulmonar	1	B	A	A	4307.19	40	1722.88	1722.88	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Nebulizador	1	B	A	A	1081.65	40	432.66	432.66	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Aspiradora	1	B	A	A	402.12	30	120.64	120.64	A	A	1	Sobre mesa, puede caerse	1
Electrocardiógrafo	1	B	A	A	721.50	40	288.60	288.60	A	A	1	Sobre mesa, puede caerse	1
Oftalmoscopio	1	A	A	A	128.00	40	51.20	51.20	A	A	1	Sobre mesa, puede caerse	1
Lámpara auxiliar	1	B	A	A	2000.00	80	1600.00	1600.00	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	1
Lámpara cuello flexible	1	B	A	A	40.81	60	24.49	24.49	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Vitrina	1	A	M	B	50.00	10	5.00	5.00	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Refrigerador	1	A	B	A	752.56	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Aire acondicionado	7	B	A	B	392.00	20	78.40	548.80	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Split aire acondicionado	2	B	A	B	392.00	20	78.40	156.80	A	B	3	Anclaje insuficiente, puede caerse	18
Televisor	1	M	A	B	846.63	80	677.30	677.30	A	M	4	En mesa alta, puede caerse	1
Ventilador de pie	3	M	M	B	22.00	10	2.20	6.60	M	M	5	Sin anclar, puede volcarse	2
Cama con ruedas	12	M	B	B	406.60	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin sujeción, puede caerse	11
Negatoscopio	1	B	M	B	156.40	80	125.12	125.12	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								19401.97					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Sala Neonatología.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	%	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF		per	Unit.	Total					
Incubadora p/prematuro	8	A	A	A	2684.62	40	1073.85	8590.78	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Incubadora	4	A	A	A	527.00	40	210.80	843.20	A	A	1	Sobre meseta, puede caerse	1
Lámpara de fototerapia	4	A	A	A	125.42	60	75.25	301.01	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Baño de María	1	B	A	A	718.93	40	287.57	287.57	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Centrífuga	1	B	A	A	1862.04	40	744.82	744.82	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
ABL-50	1	B	A	A	2535.00	40	1014.00	1014.00	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Microscopio	1	B	A	A	1235.08	60	741.05	741.05	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Pesa incubadora	1	B	A	A	179.39	40	71.76	71.76	A	A	1	Sobre Meseta, puede caerse	1
Contador de células	1	B	A	A	175.00	40	70.00	70.00	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Nebulizador	1	B	A	A	1081.65	40	432.66	432.66	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Rayos X portátil	1	B	A	A	11455.50	50	5727.75	5727.75	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Cuna térmica	2	A	A	A	2641.05	40	1056.42	2112.84	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Baño de María	1	B	A	A	718.93	40	287.57	287.57	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Computadora	1	B	A	A	864.27	60	518.56	518.56	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Cardiomonitor fetal	2	B	A	A	605.79	80	484.63	969.26	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Monitor de presión	1	B	A	A	748.85	80	599.08	599.08	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Monitor portátil	1	B	A	A	900.00	80	720.00	720.00	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Doctos 316	1	B	A	A	9805.46	80	7844.37	7844.37	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Bomba de infusión	8	B	A	A	5893.92	40	2357.57	18860.54	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Babilong	1	B	A	A	10848.85	80	8679.08	8679.08	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Aspiradora	1	B	A	A	155.53	30	46.66	46.66	A	A	1	Sobre mesa, puede caerse	1
Electrocardiograma	1	B	A	A	1081.00	40	432.40	432.40	A	A	1	Sobre mesa, puede caerse	1
Lámpara cuello flexible	6	B	A	A	40.81	60	24.49	146.92	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Vitrina	1	A	M	B	63.06	10	6.31	6.31	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Cuna con ruedas	15	A	B	B	143.48	5	7.17	107.61	B	A	3	Con ruedas, puede rodarse	11
Refrigerador	3	A	B	A	752.56	10	75.26	225.77	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Split air acondicionado	6	B	A	B	392.00	20	78.40	470.40	A	B	3	Anclaje insuficiente, puede caerse	18
Televisor	1	M	A	B	846.63	80	677.30	677.30	A	M	4	En mesa alta, puede caerse	1
Negatoscopio	1	B	M	B	156.40	80	125.12	125.12	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Balanza de lactante	10	B	M	B	902.25	10	90.23	902.25	M	B	8	Sin anclar, puede volcarse	2
Total del Area								62556.64					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Cuerpo de Guardia.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Respirador artificial	1	B	A	A	180.16	40	72.06	72.06	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Aspiradora	1	B	A	A	402.12	30	120.64	120.64	A	A	1	Sobre mesa, puede caerse	1
Lámpara cuello flexible	2	B	A	A	40.81	60	24.49	48.97	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Vitrina	2	A	M	B	63.06	10	6.31	12.61	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Refrigerador	1	A	B	A	752.56	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Aire acondicionado	2	B	A	B	392.00	20	78.40	156.80	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Parabán	2	M	B	B	61.55	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin anclar, puede volcarse	14
Ventilador	2	B	M	B	22.00	10	2.20	4.40	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Negatoscopio	1	B	M	B	156.40	80	125.12	125.12	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								615.86					

Salón de Legrados.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Resusitador	2	B	A	A	180.16	40	72.06	144.13	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Aspiradora	3	B	A	A	135.53	30	40.66	121.98	A	A	1	Sobre mesa, puede caerse	1
Lámpara de emergencia	1	B	A	A	35.70	80	28.56	28.56	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	1
Lámpara de pie	2	B	A	A	1632.28	80	1305.82	2611.65	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	1
Lámpara cuello flexible	1	B	A	A	40.81	60	24.49	24.49	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Vitrina	1	A	M	B	50.00	10	5.00	5.00	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Refrigerador	1	A	B	A	752.56	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Aire acondicionado	1	B	A	B	392.00	20	78.40	78.40	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Estante	1	A	B	B	63.58	5	3.18	3.18	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Cama con ruedas	12	M	B	B	406.60	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin sujeción, puede caerse	11
Ventilador	4	B	M	B	32.00	10	3.20	12.80	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								3105.43					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Laboratorio de Urgencias.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	%	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF		per	Unit.	Total					
Microscopio	1	B	A	A	1070.99	60	642.59	642.59	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Horno	1	B	A	A	1294.48	40	517.79	517.79	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Fotocolorímetro	1	B	A	A	329.63	40	131.85	131.85	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Fotollama	1	B	A	A	236.00	40	94.40	94.40	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Centrífuga	1	B	A	A	901.60	40	360.64	360.64	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Contador de células	1	B	A	A	106.97	40	42.79	42.79	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Agitador de pipetas	1	B	A	A	110.57	40	44.23	44.23	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Baño de María	1	B	A	A	301.96	40	120.78	120.78	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Aire acondicionado	3	B	A	B	392.00	20	78.40	235.20	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Refrigerador	1	A	B	A	752.56	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Estante	1	A	B	B	63.58	5	3.18	3.18	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Total del Area								2268.71					

Laboratorio de Microbiología.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	%	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF		per	Unit.	Total					
Microscopio	4	B	A	A	129.30	60	77.58	310.32	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Incubadora	2	B	A	A	277.80	40	111.12	222.24	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Autoclave	2	B	A	A	473.16	40	189.26	378.53	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Estufa	1	B	A	A	595.06	40	238.02	238.02	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
PH metro	2	B	A	A	1059.46	40	423.78	847.57	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Centrífuga	1	B	A	A	429.00	40	171.60	171.60	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Agitador magnético	1	B	A	A	191.71	40	76.68	76.68	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Baño de María	1	B	A	A	210.00	40	84.00	84.00	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Lámpara cuello flexible	1	B	A	A	40.81	60	24.49	24.49	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Aire acondicionado	2	B	A	B	392.00	20	78.40	156.80	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Refrigerador	2	A	B	A	752.56	10	75.26	150.51	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Estante	5	A	B	B	63.58	5	3.18	15.90	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Ventilador	1	B	M	B	15.06	10	1.51	1.51	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								2678.16					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Laboratorio SUMA.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Monitor computarizado	1	B	A	A	22904.70	80	18323.76	18323.76	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Computadora	2	B	A	A	2300.00	60	1380.00	2760.00	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Horno	1	B	A	A	95.04	40	38.02	38.02	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Incubadora	1	B	A	A	418.09	40	167.24	167.24	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Erizo	1	B	A	A	130.30	40	52.12	52.12	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
PH metro	1	B	A	A	799.27	40	319.71	319.71	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Centrifuga	1	B	A	A	1006.33	40	402.53	402.53	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Agitador magnético	1	B	A	A	306.70	40	122.68	122.68	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Baño de María	1	B	A	A	369.60	40	147.84	147.84	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Balanza	1	B	M	A	373.11	20	74.62	74.62	M	A	2	En meseta, puede caerse	1
Aire acondicionado	3	B	A	B	392.00	20	78.40	235.20	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Refrigerador	1	A	B	A	752.56	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Frizeer	2	B	M	M	1809.06	20	361.81	723.62	M	M	5	Sin anclar, puede caerse	8
Archivo	1	B	B	B	150.00	5	7.50	7.50	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area								23450.09					

Banco de leche.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Consola aire acondicion	1	A	A	B	7705.08	20	1541.02	1541.02	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	21
Autoclave	1	A	M	A	473.16	20	94.63	94.63	M	A	2	En meseta, puede caerse	1
Refrigerador	1	A	B	A	720.00	10	72.00	72.00	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Ventilador	1	B	M	B	37.63	10	3.76	3.76	M	B	8	En mesa, puede caerse	1
Total del Area								1711.41					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Salón de Partos.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Monitor	1	B	A	A	3846.76	80	3077.41	3077.41	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Incubadora	1	A	A	A	527.00	40	210.80	210.80	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Lámpara auxiliar	2	B	A	A	2000.00	80	1600.00	3200.00	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	1
Lámpara cuello flexible	4	B	A	A	40.81	60	24.49	97.94	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Vitrina	1	A	M	B	180.00	10	18.00	18.00	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Split air acondicionado	5	B	A	B	392.00	20	78.40	392.00	A	B	3	Anclaje insuficiente, puede caerse	18
Refrigerador	2	A	B	A	752.56	10	75.26	150.51	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Aire acondicionado	4	B	A	B	392.00	20	78.40	313.60	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Cama con ruedas	14	M	B	B	530.58	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin sujeción, puede caerse	11
Balanza de lactante	1	B	M	B	902.25	10	90.23	90.23	M	B	8	Sin anclar, puede volcarse	2
Negatoscopio	1	B	M	B	61.42	80	49.14	49.14	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								7599.63					

Salón de Cesáreas.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Doctos	2	B	A	A	9805.46	80	7844.37	15688.74	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Aspiradora	2	B	A	A	135.53	30	40.66	81.32	A	A	1	Sobre mesa, puede caerse	1
Máquina de anestesia	2	B	A	A	14153.96	40	5661.58	11323.17	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Lámpara central de salón	4	A	A	A	2000.00	80	1600.00	6400.00	A	A	1	Anclaje insuficiente a techo, puede caerse	31
Lámpara auxiliar	6	B	A	A	1311.20	80	1048.96	6293.76	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	1
Baño de María	1	B	A	A	1059.45	40	423.78	423.78	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Lámpara cuello flexible	4	B	A	A	40.81	60	24.49	97.94	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Vitrina	2	A	M	B	63.06	10	6.31	12.61	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Split air acondicionado	1	B	A	B	392.00	20	78.40	78.40	A	B	3	Anclaje insuficiente, puede caerse	18
Refrigerador	1	A	B	A	752.56	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Cuna con ruedas	1	A	B	B	25.00	5	1.25	1.25	B	A	3	Con ruedas, puede rodarse	11
Cama con ruedas	4	M	B	B	406.60	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin sujeción, puede caerse	11
Total del Area								40476.22					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Bloque: Servicio.

Area de Oficinas.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Estante de madera	6	A	A	A	244.45	5	12.22	73.34	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse, con cristalería	29
Computadora	5	B	A	A	1426.58	60	855.95	4279.74	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Aire acondicionado	5	B	A	B	392.00	20	78.40	392.00	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Estante	5	A	B	B	63.58	5	3.18	15.90	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Televisor	2	M	A	B	599.47	80	479.58	959.15	A	M	4	En mesa alta, puede caerse	1
Retroproyector	1	B	A	B	280.00	60	168.00	168.00	A	B	7	En mesa, puede caerse	1
Ventilador	24	B	M	B	23.08	10	2.31	55.39	M	B	8	En mesa, puede caerse	1
Archivo	18	B	B	B	129.80	5	6.49	116.82	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Gavetero	31	B	B	B	212.59	5	10.63	329.51	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Torre auxiliar	4	B	B	B	50.32	5	2.52	10.06	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area								6399.91					

Electromedicina.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Estante de madera	6	A	A	A	244.45	5	12.22	73.34	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse, con equipos	29
Monitor	18	B	A	A	7315.74	80	5852.59	105346.66	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Aspiradora	1	B	A	A	404.45	30	121.34	121.34	A	A	1	Sobre mesa, puede caerse	1
Horno	1	B	A	A	957.21	40	382.88	382.88	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Computadora	7	B	A	A	521.70	60	313.02	2191.14	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Aire acondicionado	1	B	A	B	392.00	20	78.40	78.40	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Estante	17	A	B	B	63.58	5	3.18	54.04	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Archivo	4	B	B	B	124.14	5	6.21	24.83	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Gavetero	1	B	B	B	34.15	5	1.71	1.71	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area								108274.33					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Almacén de Medicamentos.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Estante de madera	23	A	A	A	244.45	5	12.22	281.12	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse, con medicamentos	29
Refrigerador	1	A	B	A	752.56	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Ventilador	24	B	M	B	23.08	10	2.31	55.39	M	B	8	En mesa, puede caerse	1
Archivo	2	B	B	B	124.14	5	6.21	12.41	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area								424.18					

Almacén de Misceláneas.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Estante de madera	113	A	A	A	51.26	5	2.56	289.62	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse, con medicamentos	29
Refrigerador	1	A	B	A	720.00	10	72.00	72.00	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Ventilador	1	B	M	B	19.32	10	1.93	1.93	M	B	8	En mesa, puede caerse	1
Archivo	2	B	B	B	124.14	5	6.21	12.41	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area								375.97					

Estadística.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Estante de madera	27	A	A	A	244.45	5	12.22	330.01	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse, con expedientes	29
Estante p/libreros	24	A	A	A	69.95	5	3.50	83.94	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse, con expedientes	29
Aire acondicionado	1	B	A	B	392.00	20	78.40	78.40	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Estante	4	A	B	B	63.58	5	3.18	12.72	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Televisor	1	M	A	B	846.63	80	677.30	677.30	A	M	4	En mesa alta, puede caerse	1
Ventilador	2	B	M	B	37.63	10	3.76	7.53	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Archivo	12	B	B	B	124.44	5	6.22	74.66	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Gavetero	4	B	B	B	129.30	5	6.47	25.86	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area								1290.42					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Laboratorio Clínico.

Elemento	Cant.	Vulnerab.		Costo equipo	%	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP			Unit.	Total					
Microscopio	19	B	A	A	60	642.59	12209.29	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Fan Coil	2	B	A	A	40	556.80	1113.60	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Incubadora	1	B	A	A	40	5399.14	5399.14	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Horno	2	B	A	A	40	517.80	1035.60	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Centrifuga	6	B	A	A	40	545.82	3274.94	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Contador de células	6	B	A	A	40	42.79	256.73	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Analizador selectivo	1	B	A	A	40	4389.97	4389.97	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Centrifuga	6	B	A	A	40	545.82	3274.94	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Electrofotómetro	3	B	A	A	40	5067.06	15201.17	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Fotocolorímetro	3	B	A	A	40	130.74	392.23	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Baño de María	5	B	A	A	40	120.78	603.92	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
PH metro	3	B	A	A	40	276.14	828.43	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Contador de células	1	B	M	A	20	2443.81	2443.81	M	A	2	En meseta, puede caerse	1
Diluctor para fotolama	1	B	M	A	20	181.60	181.60	M	A	2	En meseta, puede caerse	1
Hemoglobínómetro	1	B	M	A	20	95.66	95.66	M	A	2	En meseta, puede caerse	1
Iontoforesis	1	B	M	A	20	437.24	437.24	M	A	2	En meseta, puede caerse	1
Transiluminador	1	B	M	A	20	2782.00	2782.00	M	A	2	En meseta, puede caerse	1
Balanza	6	B	M	A	20	38.77	232.61	M	A	2	En meseta, puede caerse	1
Aire acondicionado	1	B	A	B	20	78.40	78.40	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Refrigerador	5	A	B	A	10	75.26	376.28	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Estante	26	A	B	B	5	3.18	82.65	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Ventilador	1	B	M	B	10	2.00	2.00	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Archivo	7	B	B	B	5	6.21	43.45	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Gavetero	6	B	B	B	5	3.23	19.37	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area							54755.04					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Transfusiones.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Microscopio	1	B	A	A	1230.08	60	738.05	738.05	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Incubadora	1	B	A	A	242.19	40	96.88	96.88	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Centrífuga	1	B	A	A	2088.68	40	835.47	835.47	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Baño de María	1	B	A	A	718.93	40	287.57	287.57	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Refrigerador	3	A	B	A	752.56	10	75.26	225.77	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Refrigerador especial	1	A	B	A	2302.88	10	230.29	230.29	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Estante	2	A	B	B	63.58	5	3.18	6.36	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Ventilador	1	B	M	B	22.00	10	2.20	2.20	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Archivo	1	B	B	B	129.30	5	6.47	6.47	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Gavetero	2	B	B	B	11.79	5	0.59	1.18	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area								2430.23					

Consulta Ortopedia.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Computadora	1	B	A	A	1000.00	60	600.00	600.00	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Lámpara cuello flexible	1	B	A	A	40.81	60	24.49	24.49	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Estante de madera	2	A	A	A	244.45	5	12.22	24.45	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse, con expedientes	29
Vitrina	1	A	M	B	63.06	10	6.31	6.31	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Estante	6	A	B	B	63.58	5	3.18	19.07	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Parabán	1	M	B	B	61.95	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin anclar, puede volcarse	14
Ventilador	4	B	M	B	32.00	10	3.20	12.80	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Negatoscopio	8	B	M	B	61.42	80	49.14	393.09	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								1080.20					