

Consulta Cirugía.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Lámpara cuello flexible	2	B	A	A	40.81	60	24.49	48.97	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Vitrina	2	A	M	B	63.06	10	6.31	12.61	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Estante	3	A	B	B	63.58	5	3.18	9.54	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Negatoscopio	2	B	M	B	61.42	80	49.14	98.27	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								169.39					

Consulta Urología.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Destructor de cálculos	1	B	A	A	1846.90	40	738.76	738.76	A	A	1	Puede volcarse	2
Lámpara cuello flexible	1	B	A	A	40.81	60	24.49	24.49	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Vitrina	1	A	M	B	63.06	10	6.31	6.31	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Parabán	1	M	B	B	61.95	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin anclar, puede volcarse	14
Ventilador	2	B	M	B	30.00	10	3.00	6.00	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Negatoscopio	2	B	M	B	61.42	80	49.14	98.27	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								873.82					

Curas Sépticas y Consulta Turismo.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Estante	1	A	B	B	63.58	5	3.18	3.18	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Ventilador	1	B	M	B	37.63	10	3.76	3.76	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Ventilador	1	B	M	B	70.76	10	7.08	7.08	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Negatoscopio	1	B	M	B	35.03	80	28.02	28.02	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								42.04					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Consulta Psiquiatría y Sicología.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit	Total					
Estante	3	A	B	B	63.58	5	3.18	9.54	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Ventilador	2	B	M	B	32.00	10	3.20	6.40	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								15.94					

Consulta Logopedia.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit	Total					
Lámpara cuello flexible	1	B	A	A	40.81	60	24.49	24.49	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Vitrina	1	A	M	B	63.06	10	6.31	6.31	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Estante	1	A	B	B	63.58	5	3.18	3.18	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Ventilador	1	B	M	B	37.63	10	3.76	3.76	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								37.73					

Consulta Proctología.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit	Total					
Vitrina	1	A	M	B	31.86	10	3.19	3.19	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Estante	1	A	B	B	63.58	5	3.18	3.18	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Ventilador	3	B	M	B	30.00	10	3.00	9.00	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Negatoscopio	1	B	M	B	35.03	80	28.02	28.02	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								43.39					

Consulta Dermatología.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Lámpara vitiligo	1	B	A	A	2509.71	60	1505.83	1505.83	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Lámpara con lentillo	1	B	A	A	179.14	60	107.48	107.48	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Lámpara cuello flexible	1	B	A	A	40.81	60	24.49	24.49	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Vitrina	1	A	M	B	62.71	10	6.27	6.27	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Estante	4	A	B	B	63.58	5	3.18	12.72	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Aire acondicionado	1	B	A	B	392.00	20	78.40	78.40	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Ventilador	3	B	M	B	32.00	10	3.20	9.60	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								1744.78					

Consulta Alergia.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Lámpara cuello flexible	2	B	A	A	40.81	60	24.49	48.97	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Lámpara con lentillo	1	B	A	A	179.14	60	107.48	107.48	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Microscopio	1	B	A	A	1235.08	60	741.05	741.05	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Incubadora	1	B	A	A	255.05	40	102.02	102.02	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Autoclave	1	B	A	A	2235.94	40	894.38	894.38	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Baño de María	1	B	A	A	718.93	40	287.57	287.57	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Vitrina	1	A	M	B	63.06	10	6.31	6.31	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Refrigerador	2	A	B	A	752.56	10	75.26	150.51	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Estante	8	A	B	B	63.58	5	3.18	25.43	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Aire acondicionado	2	B	A	B	392.00	20	78.40	156.80	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Negatoscopio	1	B	M	B	35.03	80	28.02	28.02	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								2548.55					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Consulta Endocrino.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Lámpara cuello flexible	2	B	A	A	40.81	60	24.49	48.97	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Estante	2	A	B	B	63.58	5	3.18	6.36	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Ventilador	2	B	M	B	30.00	10	3.00	6.00	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Negatoscopio	2	B	M	B	61.42	80	49.14	98.27	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Archivo	2	B	B	B	295.10	5	14.76	29.51	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area								189.11					

Inyecciones.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Vitrina	1	A	M	B	63.06	10	6.31	6.31	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Estante	1	A	B	B	63.58	5	3.18	3.18	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Total del Area								9.49					

Tratamiento de Quimioterapia.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Vitrina	1	A	M	B	62.71	10	6.27	6.27	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Refrigerador	1	A	B	A	752.56	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Estante	2	A	B	B	63.58	5	3.18	6.36	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Cama con ruedas	3	M	B	B	530.52	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin sujeción, puede caerse	11
Ventilador	1	B	M	B	15.05	10	1.51	1.51	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								89.39					

Tratamiento Polivalente

Elemento	Cant.	Vulnerab.		Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF		Unit.	Total					
Máquina de anestesia	1	B	A	A	40	5661.58	5661.58	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Refrigerador	1	A	B	A	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Estante	1	A	B	B	5	3.18	3.18	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Cama con ruedas	2	M	B	B	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin sujeción, puede caerse	11
Ventilador	1	B	M	B	10	3.20	3.20	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area							5743.22					

Consulta Cardiología y Electrocardiograma.

Elemento	Cant.	Vulnerab.		Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF		Unit.	Total					
Electrocardiograma	1	B	A	A	40	552.60	552.60	A	A	1	Sobre mesa, puede caerse	1
Estante	1	A	B	B	5	3.18	3.18	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Ventilador	1	B	M	B	10	3.20	3.20	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Negatoscopio	1	B	M	B	80	49.14	49.14	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Archivo	1	B	B	B	5	6.21	6.21	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area							614.32					

Consulta Ergometría.

Elemento	Cant.	Vulnerab.		Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF		Unit.	Total					
Desfibrilador	1	B	A	A	40	5710.80	5710.80	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Monitor	1	B	A	A	80	5852.59	5852.59	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Electrocardiografo	2	B	A	A	40	801.54	1603.09	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Vitrina	1	A	M	B	10	6.31	6.31	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Aire acondicionado	1	B	A	B	20	78.40	78.40	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Parabán	1	M	B	B	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin anclar, puede volcarse	14
Negatoscopio	1	B	M	B	80	28.02	28.02	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area							13279.21					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Consulta Legrado y Ginecología.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Lámpara cuello flexible	2	B	A	A	40.81	60	24.49	48.97	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Vitrina	2	A	M	B	63.06	10	6.31	12.61	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Estante	1	A	B	B	63.58	5	3.18	3.18	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Parabán	1	M	B	B	61.55	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin anclar, puede volcarse	14
Negatoscopio	1	B	M	B	61.42	80	49.14	49.14	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Ventilador	2	B	M	B	22.00	10	2.20	4.40	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								118.30					

Consulta Anestesia.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Estante	1	A	B	B	63.58	5	3.18	3.18	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Negatoscopio	1	B	M	B	85.00	80	68.00	68.00	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Ventilador	1	B	M	B	32.00	10	3.20	3.20	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								74.38					

Cura de Quemados.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Vitrina	2	A	M	B	63.06	10	6.31	12.61	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Estante	1	A	B	B	63.58	5	3.18	3.18	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Aire acondicionado	2	B	A	B	392.00	20	78.40	156.80	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Ventilador	1	B	M	B	37.63	10	3.76	3.76	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								176.35					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Máximo.

Elemento	Cant.	Vulnerab.		Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF		Unit.	Total					
Electrocrugía	1	B	A	A	40	473.27	473.27	A	A	1	Puede caerse	1
Aspiradora	2	B	A	A	30	40.66	81.32	A	A	1	Sobre mesa, puede caerse	1
Lámpara de pie	2	B	A	A	80	1305.82	2611.65	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	1
Vitrina	1	A	M	B	10	6.27	6.27	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Aire acondicionado	1	B	A	B	20	78.40	78.40	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Parabán	1	M	B	B	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin anclar, puede volcarse	14
Negatoscopio	2	B	M	B	80	49.54	99.07	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Archivo	1	B	B	B	5	6.21	6.21	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area							3356.19					

Cirugia Menor.

Elemento	Cant.	Vulnerab		Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF		Unit.	Total					
Monitor	1	B	A	A	80	5852.65	5852.65	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Desfibrilador	1	B	A	A	40	5710.80	5710.80	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Resucitador	3	B	A	A	40	72.14	216.43	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Ventilador Servo	1	B	A	A	40	11398.04	11398.04	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Electrocoagulador	2	B	A	A	40	492.00	984.00	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Aspiradora	2	B	A	A	30	768.55	1537.09	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Máquina de anestesia	2	B	A	A	40	5661.58	11323.17	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Lámpara de pie	2	B	A	A	80	1305.82	2611.65	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	1
Lámpara auxiliar	1	B	A	A	80	1600.00	1600.00	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	1
Lámpara con lentillo	1	B	A	A	60	107.48	107.48	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Lámpara cuello flexible	1	B	A	A	60	24.49	24.49	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Estante de madera	1	A	A	A	5	12.22	12.22	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse, con pomos	29
Vitrina	4	A	M	B	10	6.31	25.22	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Refrigerador	1	A	B	A	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Archivo	1	B	B	B	5	14.76	14.76	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area							41493.26					

UCI.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Monitor	6	B	A	A	7315.81	80	5852.65	35115.89	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Monitor	2	B	A	A	22130.95	80	17704.76	35409.52	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Rayos X portátil	1	B	A	A	11455.50	50	5727.75	5727.75	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Monitor desfibrilador	1	B	A	A	496.00	80	396.80	396.80	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Resucitador	3	B	A	A	180.36	40	72.14	216.43	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Ventilador Servo	4	B	A	A	28495.11	40	11398.04	45592.18	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Ventilador pulmonar	2	B	A	A	7034.82	40	2813.93	5627.86	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Electrocardiograma	1	B	A	A	480.66	40	192.26	192.26	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Electro	1	B	A	A	2451.00	40	980.40	980.40	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Equipo de aerosol	1	B	A	A	1235.00	30	370.50	370.50	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Equipo de infusión	2	B	A	A	1463.57	30	439.07	878.14	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Computadora	1	B	A	A	2828.02	60	1696.81	1696.81	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Lámpara germicida	12	B	A	A	375.10	60	225.06	2700.72	A	A	1	Mal anclado a pared	16
Lámpara cuello flexible	2	B	A	A	40.81	60	24.49	48.97	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Estante de madera	4	A	A	A	244.45	5	12.22	48.89	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse, con pomos	29
Refrigerador	1	A	B	A	752.56	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Televisor	5	M	A	B	846.63	80	677.30	3386.52	A	M	4	En mesa, puede caerse	1
Cama con ruedas	15	M	B	B	530.78	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin sujeción, puede caerse	11
Parabán	1	M	B	B	61.55	-	0.00	0.00	B	M	6	Sin anclar, puede volcarse	14
Negatoscopio	1	B	M	B	35.03	80	28.02	28.02	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Ventilador	5	B	M	B	15.05	10	1.51	7.53	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								138500.45					

Respiratorios.

Elemento	Cant.	Vulnerab.			Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No Sol.
		SV	PP	PF			Unit.	Total					
Aire acondicionado	1	B	A	B	392.00	20	78.40	78.40	A	B	3	Mal anclado, puede caerse	18
Negatoscopio	1	B	M	B	61.42	80	49.14	49.14	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Total del Area								127.54					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

J' de Enfermería.

Elemento	Cant.	Vulnerab.		Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF		Unit.	Total					
Estante de madera	3	A	B	B	5	12.22	36.67	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	29
Archivo	1	B	B	B	5	6.21	6.21	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area							42.87					

Farmacia.

Elemento	Cant.	Vulnerab.		Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF		Unit.	Total					
Computadora	1	B	A	A	60	1696.81	1696.81	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Horno	1	B	A	A	60	1341.56	1341.56	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Estante librero	9	A	A	A	5	3.40	30.56	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse, con medicamentos	29
Baño de María	2	B	A	A	40	91.32	182.65	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Balanza	2	B	M	A	20	213.13	426.26	M	A	2	En meseta, puede caerse	1
Refrigerador	1	A	B	A	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Estante	41	A	B	B	5	3.18	130.34	B	A	3	Mal anclado a la pared	3
Ventilador	1	B	M	B	10	2.10	2.10	M	B	8	En mesa, puede caerse	1
Gavetero	3	B	B	B	5	3.23	9.68	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Archivo	4	B	B	B	5	6.22	24.89	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area							3920.12					

Almacén de efectos médicos.

Elemento	Cant.	Vulnerab.		Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF		Unit.	Total					
Estante de almacén	16	A	A	A	5	12.22	195.56	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse con equipos	29
Estante librero	28	A	A	A	5	3.40	95.09	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse con equipos	29
Refrigerador	1	A	B	A	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Ventilador	2	B	M	B	10	3.76	7.53	M	B	8	En mesa, puede caerse	1
Total del Area							373.43					

ANEXO 6. INVENTARIO DE EQUIPOS

Esterilización.

Elemento	Cant.	Vulnerab.		Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF		Unit.	Total					
Horno	1	B	A	A	60	471.26	471.26	A	A	1	En mesa, puede caerse	1
Lámpara germicida	1	B	A	A	60	43.98	43.98	A	A	1	Mal anclado a pared	16
Estante	8	A	A	A	5	2.56	20.50	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	29
Estante	27	A	A	A	5	12.22	330.01	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	29
Estante de aluminio	2	A	A	A	5	6.75	13.50	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	29
Entalcadora	1	B	A	A	20	483.60	483.60	A	A	1	Sin anclar, puede rodarse	21
Vitrina	2	A	M	B	10	6.31	12.61	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Refrigerador	1	A	B	A	10	75.26	75.26	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Ventilador	4	B	M	B	10	3.70	14.81	M	B	8	En mesa, puede caerse	1
Gavetero	6	B	B	B	5	3.21	19.25	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Archivo	1	B	B	B	5	6.22	6.22	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area							1491.00					

Estomatología.

Elemento	Cant.	Vulnerab.		Costo equipo	% per	Pérdida		V	C	P	Comentario	No. Sol.
		SV	PP	PF		Unit.	Total					
Rayos X estomatología	1	B	A	A	50	1339.88	1339.88	A	A	1	Con ruedas, puede rodarse	2
Autoclave	1	B	A	A	40	894.38	894.38	A	A	1	En meseta, puede caerse	1
Lámpara Helolux	1	B	A	A	80	305.80	305.80	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	1
Lámpara cuello flexible	2	B	A	A	60	24.49	48.97	A	A	1	Sin anclar, puede caerse	1
Estante	2	A	A	B	5	2.56	5.13	A	A	1	Sin anclar, puede volcarse	29
Vitrina	7	A	M	B	10	6.31	44.15	M	A	2	Sin anclar, puede volcarse	13
Refrigerador	1	A	B	A	10	15.23	15.23	B	A	3	Sin anclar, puede volcarse	8
Ventilador	14	B	M	B	10	3.76	52.68	M	B	8	En mesa, puede caerse	1
Negatoscopio	3	B	M	B	80	58.26	174.79	M	B	8	Mal anclado a pared	16
Gavetero	18	B	B	B	5	1.71	30.74	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Archivo	2	B	B	B	5	6.21	12.41	B	B	9	Sin anclar, puede volcarse	12
Total del Area							2924.15					